

Znak sprawy: OPS-ZP.23.3.2023

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT CENOWYCH ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: złożenia ofert na zapytanie dot. „Świadczenia usług całodobowej Teleopieki domowej w 2023r.”

Zamawiający - Gmina Ogrodzieniec - Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do konkursu prowadzonego na podstawie Regulaminu wewnętrznego OPS w Ogrodzieńcu o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130.000,00 zł w terminie wpłynęła jedna oferta, która jednocześnie została wybrana do realizacji zadania:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Opaska (cena jednego urządzenia)	Abonament miesięczny za opaskę	Cena łączna brutto	Opaska (producent, model)
1.	Sidly Sp. z o.o. ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa	766,80 zł (VAT 8%)	45,00 zł (VAT zwolniony)	766,80 zł x 50 szt. + 45,00 zł x 50 szt. x 6 miesięcy = 51.840,00 zł	Producent: Sidly Sp. z o.o. model: Opaska telemedyczna Sidly Care PRO

Dodatkowa punktacja:

Wykonawca otrzymał maksymalną liczbę punktów w zakresie funkcji jakościowych i użytkowych określonych w zapytaniu ofertowym: Opis kryteriów (...), co przedstawia poniższa tabela.

1) urządzenie posiada możliwość bezprzewodowego ładowania indukcyjnego i magnetycznego poprzez stację dokującą z sygnalizacją świetlną informującą o ładowaniu, co potwierdza karta katalogowa.	TAK	10 pkt
2) urządzenie posiada klasę wodoszczelności i pyłoszczelności min. IP67, co należy potwierdzić certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytowaną lub raportem z badań z laboratorium posiadającym akredytację w tym zakresie	TAK	10 pkt
3) Wykonawca posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 22301:2019 (zachowanie ciągłości działania) w obszarze usług teleopiekuńczych, co należy potwierdzić certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytowaną. W przypadku powierzenia realizacji tej części	TAK	10 pkt

zamówienia podwykonawcy, podwykonawca również musi posiadać wdrożony system zarządzania zgodny z normami ISO 22301:2019 (zachowanie ciągłości działania) w obszarze usług teleopiekuńczych, co należy potwierdzić certyfikatem wydanym przez jednostkę akredytowaną		
4) urządzenie jest wyrobem medycznym minimum klasy 2a potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą aktualną akredytację w tym zakresie lub potwierdzenie jakości pomiarów na zgodność z normą EN ISO 80601-2-61:2019 dokumentem z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez jednostkę posiadającą aktualną akredytację w tym zakresie	TAK	20 pkt

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
2 ul. Rybka
Dorota Słodek